

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE RAIOS X DIGITAL, MÓVEL E FIXO (APARELHO DE RAIOS-X FIXO DE 500 MA COM GERADOR DE ALTA FREQUÊNCIA E APARELHO PORTÁTIL DE RAIOS-X).

VALIDADE: 27/09/16 ATÉ 26/09/17

ATA Nº 069/2016 – PREGÃO ELETRONICO Nº 222/2016

| Código do Material | Especificação / Marca  | QUANTIDADE | Preço Unitário | Fornecedor   |
|--------------------|--|------------|----------------|--------------|
| 6525.95.003-50     | <p>APARELHO DE RAIOS-X FIXO DE 500 mA COM GERADOR DE ALTA FREQUÊNCIA (DIGITAL)</p> <p>1) COMANDO E GERADOR<br/>Gerador de Raios-X de alta frequência (multipulso);Potência do gerador de no mínimo 50kW;Sistema de controle microprocessado;Valores de KV para Radiografia: 40 (ou superior) a 125 kV (ou superior) –Valores de MA para Radiografia: mínimo de 500 mA (ou superior);Consumo: igual ou superior a 50 KVA,Seleção automática de focos fino/grosso;Alimentação elétrica: 220 ou 380 V, 50 ou 60 Hz;</p> <p>2) TUBO DE RAIOS-X<br/>Tubo de raios-X de anodo giratório imerso em óleo isolante;Potência mínima de 50 kW;Capacidade calórica mínima de 150 KHU;Rotação mínima de 3200.</p> <p>3) COLIMADOR<br/>Colimador de lâminas paralelas para ajuste do campo luminoso, com temporizador automático para desligamento de sua lâmpada.</p> <p>4) MESA BUCKY TAMPO FLUTUANTE<br/>Mesa bucky com tampo flutuante, freios para os movimentos transversal e longitudinal;<br/>Bucky com deslocamento longitudinal e grade antidifusora,Trilho em toda a extensão da mesa para uso de faixa compressora (inclusa) e opcionais;</p> <p>5) ESTATIVA PORTA-TUBO com:<br/>Deslocamento horizontal e vertical suaves de fácil manuseio motorizado ou Rotação do conjunto tubo/colimador igual ou superior a 170 graus; com freio</p> <p>6) MURAL BUCKY VERTICAL COM:<br/>Deslocamento vertical mínimo de 120 cm;Freio para fixação da posição vertical</p> <p>7) DETECTOR DIGITAL<br/>UM detector MÓVEL ou DOIS detectores FIXOS.<br/>A proposta deverá constar o valor unitário do detector móvel para fins de referência.<br/>Painel FPD (Flat Painel Detector) com dimensões mínimas de 35 x 41 cm;</p> | 10         | 420.000,00     | 4.200.000,00 |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | <p>8) SISTEMA DIGITAL<br/>         Capacidade de apresentar a imagem gerada em monitor após a exibição;<br/>         Inserção de dados via DICOM Worklist;Protocolos DICOM ativados:Print,<br/>         Storage, media Storage (CD/DVD), MWM, (HABILITADO), MPPS.<br/>         Armazenamento de pelo menos 1000 imagens;Sistema de gravação de<br/>         DVD ou CD-R;<br/>         Ciclo de radiografias;Processamento de imagem:Brilho;Contraste;Índice<br/>         de exposição do detector<br/>         Zoom com movimentação;Rotação e inversão de<br/>         imagem;Sistema/Software de compensação de ensidades;<br/>         Inversão positivo/negativo;Medidas de distância e ângulo;Anotações<br/>         sobre a imagem;Colimação eletrônica.</p> <p>9) ESTAÇÃO DE TRABALHO<br/>         Estação para processamento de imagens com monitor LCD de no mínimo<br/>         15" com as seguintes ferramentas:-Equalização de tecido;-Janelamento<br/>         inteligente: software que implementa melhor brilho e contraste<br/>         automaticamente na imagem;-Inversão da escala de cinza;-Zoom<br/>         interpolado com roaming;-Livre rotação da imagem: 360 e/ou incrementos<br/>         de 90;-Marcadores D/E ;-Índice de exposição do detector;-Medidas e<br/>         anotações livres, com tamanho de fonte configurável;-Colimação com<br/>         detecção inteligente de bordas;-Edição de pacientes. /CARESTREAM</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

Empresas Beneficiárias:

CARESTREAM DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

C NPJ: 08.546.929/0001-22

End: R DR. PEDRO LUIZ OLIVEIRA DA COSTA 60;CEP:12.241-430,JARDIM LIMOEIRO,SAO JOSE DOS CAMPOS,SP - TEL: (12) 9718-2110 / (11) 3847-6365

PROCESSO: 09/002925/15

AUTORIZO DE LICITAÇÃO: D O 26/03/2015

AVISO DE LICITAÇÃO: DOM 12/05/16

ATA DO PREGÃO: DOM 26/09/16

HOMOLOGAÇÃO: DOM 26/09/16

EXTRATO DA ATA DE RP: DOM 27/09/16

DATA DA LICITAÇÃO: 25/05/16